HemoGel

Gel Hemostático

Manual de Instruções
Português

Somente Uso Profissional

Leia com atenção todas as informações desta bula antes de utilizar o produto. Guarde-a para consulta, no mínimo, até total consumo do produto e ou até não haver mais interação do produto com seu último paciente.

Descrição do Produto
É um gel tixotrópico à base de Cloreto de Alumínio a 25% que auxilia no controle do sangramento proveniente da manipulação dos tecidos periodontais. O gel pode ser associado ao uso de fio retrator Pro Retract para auxiliar no afastamento gengival temporário.

Formas de apresentação
Embalagem contendo: 1 seringa com 2,5g de gel e 5 ponteiras.

Composição Básica
Principio Ativo: Cloreto de Alumínio a 25%
Princípios Inativos: Água deionizada, Hidróxido de Sódio, espessante e umectante.

Indicação do Produto
HemoGel é indicado para controle de exsudato e sangramento, melhorando as condições de visualização e manipulação dos tecidos gengivais e periodontais. É indicado, portanto, nos seguintes procedimentos:
- Retração gengival temporária (uso combinado ao fio retrator gengival Pro Retract)
- Moldagens de elementos dentais (todas as técnicas)
- Cimentação de coroas totais
- Restaurações subgengivais

Precauções e Contra-Indicações
- Antes de iniciar a utilização do produto, leia com atenção as Instruções de uso, as precauções listadas nesta seção e informações de segurança.
- Utilize o produto somente com a finalidade e conforme indicado nas Instruções.
- Utilize o produto somente sobre gengiva sadia.
- O produto provê hemostasia temporária em casos de sangramento. Sangramento mais intenso pode não ser contido pelo produto.
- Verifique a saída (escoamento) do produto da embalagem (seringa) em local separado e distante do paciente antes de iniciar sua aplicação. Ponteiras obstruídas ou resistência ao empurrar o êmbulo podem ocasionar a saída de excesso de material.
- Resíduos do produto, sangue coagulado, mucina e outros podem prejudicar a qualidade da moldagem e/ou da cimentação.
- Não se recomenda a mistura do HemoGel com outras substâncias hemostáticas ou de terapias diferentes. Lave os resíduos do Gel Hemostático antes de aplicar outros produtos ou Vice-Versa.
- Os agentes hemostáticos possuem pH ácido (próximo de 1) que pode provocar leve irritação, porém esta não será irreversível. Aplique o produto somente na região a ser tratada e evite o contato prolongado com a pele (lave regiões contaminadas com água em abundância).
- Não utilizar o produto em pessoas com hipersensibilidade aos componentes do produto e ou a produtos ácidos.

Efeitos colaterais
- A utilização do produto além do tempo recomendado pelo fabricante pode causar retração gengival irreversível.
- Pode ocorrer certa irritação da região tratada em decorrência da acidez e irritabilidade do produto. Porém é reversível.

Instruções de Uso

Antes de iniciar o tratamento leia com atenção as advertências, precauções, contra-indicações e possíveis efeitos colaterais.

Hemostasia de superfície:

1. Deposite pequena quantidade de Gel Hemostático sobre a região a ser tratada e friccione-a firmemente com auxílio de um microaplicador Cavibrush.
2. Deixe agir por 4 a 5 minutos e lave com jato de água/ar.
3. Repita a aplicação, se necessário. Se após duas aplicações não for observado progresso na hemostasia recomenda-se mudar de técnica.

Hemostasia de Sulco Gengival e Afastamento Gengival:

1. Deposite pequena quantidade de Gel Hemostático no sulco gengival e friccione-a firmemente com auxílio de um microaplicador Cavibrush.
2. Posicione o fio Retrator Pro Retract no sulco sobre o gel hemostático e deixe agir por 4 a 5 minutos. Para facilitar a inserção do fio, este pode ser lubrificado com um pouco de gel.
3. Remova o fio, lave o sulco com jato de água e seque com um leve jato de ar.
4. Aplique e friccione nova porção de gel hemostático no sulco. Deixe agir por 1 minuto e lave.
5. Proceder a moldagem ou cimentação, conforme o caso.

Conservação e Armazenamento
Armazene o produto em temperaturas entre 15 e 30 °C. Não refrigerar e nem congelar o produto.
Validade: Dois anos a partir da data de fabricação.

Advertências:
Não utilizar o produto se este estiver fora do prazo de validade. Para descarte do produto siga a legislação de seu país. Não reaproveitar a embalagem vazia. Manter fora do alcance de crianças.

Fabricado por:
DENTSCARE LTDA
Av. Edgar Nelson Meister, 474
Bairro: Distrito Industrial
89219-501 – Joinville – SC
Fone: (047) 34416100 /Fax: (47) 34273377
Autorização de Funcionamento MS P5X44XY0XX28
CNPJ: 05.106.945/0001-06
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Registro na ANVISA n° 80172310037
Responsável Técnico: Friedrich Georg Mittelstadt
CRQ: 13100147-SC
Marca:
FGM PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.

Atendimento ao Profissional:
Brasil 0800 644 6100
Américas + 55 (47) 34416100
Europa + 351 21 3867321
www.fgm.ind.br
fgm@fgm.ind.br

EC REP **Cinterqual**

Av. Ressano Garcia,41 - 1º F
1070234 Lisboa Portugal
Fone: +351 21 3867321

Este material foi fabricado somente para uso dental e deve ser manipulado de acordo com as instruções de uso. O fabricante não é responsável por danos causados por outros usos ou por manipulação incorreta. Além disto, o usuário está obrigado a comprovar, antes do emprego e sob sua responsabilidade, se este material é compatível com a utilização desejada, principalmente quando esta utilização não está indicada nestas instruções de uso. Descrições de dados não constituem nenhum tipo de garantia e, por isto, não possuem qualquer vinculação.

Rev: 01

Date: 02-19-2008
MSDS # 00
Revision Date:
Revision # 00